


Information produit

Nom produit : Ice o lator (RICO0725)
 Société : Nature Technologie
 Donnée : Data_20250721_Nature Technologie_Ice o lator (RICO0725).lcl
 Méthode : High sensivity.lcm
 Série : Analysis20250721_100632.lcb
 Fluo # : 1-3
 Vol. d'injection : 5 uL
 Masse : 137 mg
 Vol. d'extraction : 20 mL
 Dilution : 10
 Acquis le : 21/07/2025 10:18:13
 Validé le : 21/07/2025 11:07:03

Limite de quantification : 0,01%
 Acquis par : Glouannec Alan
 Validé par : Glouannec Alan

Chromatogram

mV



Résultats quantitatifs

Detector A

Name	Ret. Time	Dry weight %
CBDVA	2,220	0,02
CBDV	2,422	0,06
CBDA	3,033	2,47
CBGA	3,226	0,22
CBG	3,357	0,12
CBD	3,529	43,71
THCV	3,863	0,03
THCVA	4,974	0,01
CBN	5,191	0,05
d9-THC	6,492	0,12
d8-THC	--	<LOQ
CBL	7,708	0,02
CBC	8,104	0,11
THCA	8,728	0,06
CBCA	10,016	0,11

Total THC	0,17	%
Total CBD	45,88	%
Total CBG	0,31	%
Total THCv	0,03	%

Les résultats de cette analyse ne sont valables que pour l'échantillon ayant été fourni au laboratoire.

Un échantillon sera conservé pour une période de 3 mois après analyse si une quantité suffisante a été fournie au laboratoire.

**Laboratoire d'analyse de la société
 TM Nature distribution**
 370 rue capitaine Simon-73170 Yenne
 Tel: 04 57 08 93 43
 E-mail : contact@test-cbd.com
 n°Siret : 84841988300048

<LOQ = Inférieur à la limite de quantification

Cette mention peut aussi signifier que la molécule ciblée n'est pas quantifiable.

Pour connaître la législation en vigueur en France référez vous à l'actualisation du 04/06/2024 de la décision du 22/05/2024 de l'ANSM.

